

宝鸡钛业股份有限公司氦质谱检漏仪购置自行招标二次公告

(招标编号：2022250)

项目所在地区：陕西省

一、招标条件

本宝鸡钛业股份有限公司氦质谱检漏仪购置自行招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为宝鸡钛业股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：宝钛股份氦质谱检漏仪购置

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)宝鸡钛业股份有限公司氦质谱检漏仪购置自行招标公告；

三、投标人资格要求

(001 宝鸡钛业股份有限公司氦质谱检漏仪购置自行招标公告)的投标人资格能力要求：投标人为中华人民共和国境内注册的法人，具有独立企业法人资格；近三年内财务状况良好，无不良资金记录；有良好的履约能力，近三年无重大诉讼案件和重大合同纠纷；投标单位为相关产品的制造商或授权代理经销商。；

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2022年12月13日00时00分到2022年12月17日17时30分

获取方式：电子邮件形式发送

五、投标文件的递交

递交截止时间：2022年12月24日09时00分

递交方式：宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2022年12月24日09时00分

开标地点：宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部

七、其他

(一)项目概况：

熔铸厂由于生产过程检漏需要，现申报检漏仪1台，技术要求如下：

一、基础参数:

- 1、输入电压、频率: AC220V、50Hz
2、参考尺寸(长、宽、高): 495mm*318mm*475mm
3、入口法兰: DN25KF

二、技术参数:

- 1、真空模式最小可检测的氦泄漏率: 5×10^{-12} mbar*1/s
2、响应时间: <1s
3、最大入口压力: 15mbar
4、抽氦速度 ULTRA: >3.1 l/s
5、可检测的气体: 4He、H₂、质量数 3
6、吸枪模式最小可检测的氦泄漏率: 1×10^{-8} mbar*1/s
7、吸枪 SL300 的气流量: 20~25sccm
8、测量范围: 12 个数量级
9、启动时间: ≤110s
10、离子源: 双灯丝
- ## 三、环境要求:
- 1、工作温度: +5℃到+40℃
2、污染程度: ≤2

(二) 报名方式:

(1) 报名时间: 自公告发布之日起到 2022.12.12 17:30 止

(2) 报名确认信息(以下信息以电子邮件发送):

A. 参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页; B 公司简介及业绩(电子版)以附件形式发送。(不接受超大附件)

(3) 宝鸡钛业股份有限公司设备部

联系人: 刘女士 电话&传真: 0917—3382130 电子邮箱: sbb@baoti.com

(4) 技术洽谈联系人: 姜小红 电话: 0917-3382130

八、监督部门

本招标项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委综合室。

九、联系方式

招标人: 宝鸡钛业股份有限公司



地 址：宝鸡市高新大道 88 号

联 系 人：姜小红

电 话：09173382130

电子邮件：sbb@baoti.com

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

